



Prefeitura Municipal de
Campos Sales
Cidade que sonha, realiza e cresce



ATA DA SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 2024.08.05.08-PE/SESAU



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 2024.08.05.08-PE/SESAU

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos Sales e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 01/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 009/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 2024.08.05.08-PE/SES.

Modo de disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 3874 E PROPOSTA Nº 11430.761000/1240-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A SAÚDE DE CAMPOS SALES/CE.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTAS RECEBIDAS

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	NÃO	358.500,00	20/08/2024 16:27:16
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA	SIM	676.143,00	21/08/2024 08:21:11
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	675.480,00	21/08/2024 10:18:20
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NÃO	358.500,00	21/08/2024 12:20:39
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	676.143,00	21/08/2024 14:05:30
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	438.762,00	21/08/2024 15:19:21
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	358.565,00	21/08/2024 15:36:10
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	358.565,00	21/08/2024 16:04:17

g



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	SIM	237.970,00	21/08/2024 16:21:57
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	SIM	671.973,00	21/08/2024 16:21:57
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	676.143,00	21/08/2024 16:27:06
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	385.000,00	21/08/2024 16:27:29
44.405.070/0001-03	DZ COMERCIO LTDA	SIM	79.608,00	21/08/2024 16:34:21
05.696.303/0001-04	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	SIM	1.252.159,50	21/08/2024 17:11:55
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	675.497,00	21/08/2024 19:24:52

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNID(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1.0	236.122,90	236.122,90	21/08/2024 16:21:57




Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



	<p>Marca: b'ONIX CIENTIFICA' Fabricante: ONIX CIENTIFICA Modelo / Vers�o: OHFV-BA250EL Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da c�mara interna de no m�nimo 250 L. Dever� funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado program�vel com no m�nimo 8 programas, com display touchscreen, man�metro e manovac�metro destinados a indicar a press�o existente nas c�maras interna e externa, chave geral e bot�o de emerg�ncia. C�maras externa e interna confeccionadas em a�o inox AISI 316-L com isolamento t�rmica. A c�mara interna deve possuir dreno e uma entrada de valida�o, permitindo a introdu�o de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanit�ria e sistema de emerg�ncia. Fechamento das portas realizado por meio de eleva�o vertical / guilhotina com sistema de seguran�a antiesmagamento. Sistema hidr�ulico: tubula�es e conex�es do conjunto hidr�ulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conex�es da c�mara de esteriliza�o e gerador de vapor devem ser em a�o inoxid�vel ou outro material compat�vel. Possuir bomba de v�cuo e bomba centr�fuga de �gua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguran�a que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos al�m de alarmes audiovisuais. O ru�do n�o poder� exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Dever� acompanhar o equipamento, no m�nimo: 2 carros externos para acomoda�o dos materiais, 1 carro interno para acomoda�o dos materiais, 1 sistema de purificador de �gua por osmose (compat�vel com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	237.300,00	237.300,00	21/08/2024 19:24:52	
	<p>Marca: b'STERMAX' Fabricante: -- Modelo / Vers�o: -- Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da c�mara interna de no m�nimo 250 L. Dever� funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado program�vel com no m�nimo 8 programas, com display touchscreen, man�metro e manovac�metro destinados a indicar a press�o existente nas c�maras interna e externa, chave geral e bot�o de emerg�ncia. C�maras externa e interna confeccionadas em a�o inox AISI 316-L com isolamento t�rmica. A c�mara interna deve possuir dreno e uma entrada de valida�o, permitindo a introdu�o de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanit�ria e sistema de emerg�ncia. Fechamento das portas realizado por meio de eleva�o vertical / guilhotina com sistema de seguran�a antiesmagamento. Sistema hidr�ulico: tubula�es e conex�es do conjunto hidr�ulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conex�es da c�mara de esteriliza�o e gerador de vapor devem ser em a�o inoxid�vel ou outro material compat�vel. Possuir bomba de v�cuo e bomba centr�fuga de �gua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguran�a que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos al�m de alarmes audiovisuais. O ru�do n�o poder� exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Dever� acompanhar o equipamento, no m�nimo: 2 carros externos para acomoda�o dos materiais, 1 carro interno para acomoda�o dos materiais, 1 sistema de purificador de �gua por osmose (compat�vel com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>							
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	237.381,00	237.381,00	21/08/2024 16:27:06	
	<p>Marca: b'ONIX' Fabricante: ONIX Modelo / Vers�o: OHFV Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da c�mara interna de no m�nimo 250 L. Dever� funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado program�vel com no m�nimo 8 programas, com display touchscreen, man�metro e manovac�metro destinados a indicar a press�o existente nas c�maras interna e externa, chave geral e bot�o de emerg�ncia. C�maras externa e interna confeccionadas em a�o inox AISI 316-L com isolamento t�rmica. A c�mara interna deve possuir dreno e uma entrada de valida�o, permitindo a introdu�o de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanit�ria e sistema de emerg�ncia. Fechamento das portas realizado por meio de eleva�o vertical / guilhotina com sistema de seguran�a antiesmagamento. Sistema hidr�ulico: tubula�es e conex�es do conjunto hidr�ulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conex�es da c�mara de esteriliza�o e gerador de vapor devem ser em a�o inoxid�vel ou outro material compat�vel. Possuir bomba de v�cuo e bomba centr�fuga de �gua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguran�a que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos al�m de alarmes audiovisuais. O ru�do n�o poder� exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Dever� acompanhar o equipamento, no m�nimo: 2 carros externos para acomoda�o dos materiais, 1 carro interno para acomoda�o dos materiais, 1 sistema de purificador de �gua por osmose (compat�vel com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COM�RCIO E REPRESENTA�OES LTDA - EPP	N�O	SIM	1.0	594.900,00	594.900,00	21/08/2024 17:11:55	
	<p>Marca: b'phoenix' Fabricante: Phoenix Modelo / Vers�o: Phoenix Descri�o Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da c�mara interna de no m�nimo 250 L. Dever� funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado program�vel com no m�nimo 8 programas, com display touchscreen, man�metro e manovac�metro destinados a indicar a press�o existente nas c�maras interna e externa, chave geral e bot�o de emerg�ncia. C�maras externa e interna confeccionadas em a�o inox AISI 316-L com isolamento t�rmica. A c�mara interna deve possuir dreno e uma entrada de valida�o, permitindo a introdu�o de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanit�ria e sistema de emerg�ncia. Fechamento das portas realizado por meio de eleva�o vertical / guilhotina com sistema de seguran�a antiesmagamento. Sistema hidr�ulico: tubula�es e conex�es do conjunto hidr�ulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conex�es da c�mara de esteriliza�o e gerador de vapor devem ser em a�o inoxid�vel ou outro material compat�vel. Possuir bomba de v�cuo e bomba centr�fuga de �gua com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de seguran�a que deve impossibilitar o</p>							



	<p>funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p> <p>Especificação AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	1.0	237.381,00	237.381,00	21/08/2024 16:12:52
<p>Marca: b'OHFV BA250 ET Fabricante: ONIX Modelo / Versão: ONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>							
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	237.381,00	237.381,00	21/08/2024 14:05:30
<p>Marca: b'GNATUS' Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: AUTOCLAVE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>							
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1.0	237.380,00	237.380,00	21/08/2024 10:18:20
<p>Marca: b'ALPHAMEDIC Fabricante: ALPHAMEDIC Modelo / Versão: 305L TOUCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba</p>							



	de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.						
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA	NÃO	SIM	1.0	237.381.00	237.381.00	21/08/2024 08:21:11
	<p>Marca: b'PHOENIX' Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúmetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.</p>						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			22/08/2024 09:01:33
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	236.000,0000	22/08/2024 09:02:09
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	235.000,0000	22/08/2024 09:02:32
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	234.900,0000	22/08/2024 09:02:55
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	234.000,0000	22/08/2024 09:03:29
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	233.900,0000	22/08/2024 09:04:20
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	233.000,0000	22/08/2024 09:04:34
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	233.850,0000	22/08/2024 09:04:40
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	232.850,0000	22/08/2024 09:04:49
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	232.700,0000	22/08/2024 09:05:04
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	232.650,0000	22/08/2024 09:05:13
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	232.000,0000	22/08/2024 09:05:32
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	232.649,0000	22/08/2024 09:05:37
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	231.000,0000	22/08/2024 09:05:48
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	231.900,0000	22/08/2024 09:05:56
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	230.900,0000	22/08/2024 09:06:02
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	230.000,0000	22/08/2024 09:06:08
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	229.890,0000	22/08/2024 09:06:23

Handwritten signature



Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	229.889.0000	22/08/2024 09:06:37
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	229.800.0000	22/08/2024 09:06:47
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	229.000.0000	22/08/2024 09:06:48
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	228.000.0000	22/08/2024 09:06:55
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	228.750.0000	22/08/2024 09:06:58
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	227.000.0000	22/08/2024 09:07:04
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	220.000.0000	22/08/2024 09:07:14
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	226.500.0000	22/08/2024 09:07:27
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	219.000.0000	22/08/2024 09:07:48
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	218.000.0000	22/08/2024 09:08:09
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	218.500.0000	22/08/2024 09:08:10
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	217.000.0000	22/08/2024 09:08:23
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	216.000.0000	22/08/2024 09:08:41
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	215.000.0000	22/08/2024 09:08:46
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	214.800.0000	22/08/2024 09:08:59
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	214.000.0000	22/08/2024 09:09:10
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	213.850.0000	22/08/2024 09:09:19
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	212.000.0000	22/08/2024 09:09:42
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	225.511.0000	22/08/2024 09:10:07
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	210.000.0000	22/08/2024 09:10:23
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	209.850.0000	22/08/2024 09:10:35
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	205.000.0000	22/08/2024 09:10:44
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	208.000.0000	22/08/2024 09:10:45
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	204.000.0000	22/08/2024 09:10:52
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	203.850.0000	22/08/2024 09:11:26
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	200.000.0000	22/08/2024 09:11:27
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	199.000.0000	22/08/2024 09:11:54
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	199.850.0000	22/08/2024 09:12:02
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	198.520.0000	22/08/2024 09:12:11
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	198.500.0000	22/08/2024 09:12:20
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	225.900.0200	22/08/2024 09:12:42
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	197.000.0000	22/08/2024 09:12:48
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	198.400.0000	22/08/2024 09:12:57
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	196.000.0000	22/08/2024 09:13:03

9



Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	195.850.0000	22/08/2024 09:13:13
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	194.000.0000	22/08/2024 09:13:23
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	195.000.0000	22/08/2024 09:13:34
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	193.900.0000	22/08/2024 09:13:45
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	192.000.0000	22/08/2024 09:14:09
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	191.900.0000	22/08/2024 09:14:31
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	191.000.0000	22/08/2024 09:14:52
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	190.900.0000	22/08/2024 09:15:02
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	190.000.0000	22/08/2024 09:15:26
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	189.900.0000	22/08/2024 09:15:41
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	189.000.0000	22/08/2024 09:16:25
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	189.800.0000	22/08/2024 09:16:39
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	188.900.0000	22/08/2024 09:16:45
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	225.500.0000	22/08/2024 09:17:04
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	187.000.0000	22/08/2024 09:17:12
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	180.000.0000	22/08/2024 09:17:56
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	188.250.0000	22/08/2024 09:18:16
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	175.000.0000	22/08/2024 09:18:17
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	174.900.0000	22/08/2024 09:18:26
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	174.000.0000	22/08/2024 09:19:16
Encerramento	Item encerrado			22/08/2024 09:21:16
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/08/2024 09:21:26
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82			22/08/2024 11:04:26
Lance registrado	Lance registrado na negociação pelo participante	40.061.199/0001-82	173.000.0000	22/08/2024 11:09:56
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, com o valor negociado de R\$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)			22/08/2024 11:15:06
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, no valor de R\$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)			22/08/2024 11:59:13
Habilitado	Habilitada a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82			23/08/2024 08:35:00
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, no valor de R\$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)			26/08/2024 13:41:41
Declaração	Anulação da declaração de vencedor do(a) participante 40.061.199/0001-82 / DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA para o(a) 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por	40.061.199/0001-82	-173.000.0000	18/09/2024 09:46:02

9



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



	<p>meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúmetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L, com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança anti-esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. Motivo: Declaração de Vencedor anulada em atendimento a determinação da Autoridade Superior para que se proceda diligências quanto ao item 01.</p>			
Habilitação anulada	<p>Anulação da habilitação (ota) participante 40.061.199/0001-82 / DIONAL, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA para o(a) 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacúmetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L, com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança anti-esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao</p>	40.061.199/0001-82	-173.000,0000	18/09/2024 10:02:56

g



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



	estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora.			
Aceitação	Anulação da aceitação da proposta da participante 40.061.199/0001-82 / DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA para o item 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora., Motivo: A empresa licitante não atendeu a convocação para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentos que comprovem a compatibilidade do produto ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca e modelo ofertado e demais documentos que achar necessário para tal fim, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	40.061.199/0001-82	-173.000,0000	19/09/2024 11:06:23
Desclassificação	O participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, R\$ 173.000,00 foi desclassificada. Motivo: A empresa licitante não atendeu a convocação para apresentar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentos que comprovem a compatibilidade do produto ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca e modelo ofertado e demais documentos que achar necessário para tal fim, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.			19/09/2024 11:06:58
Convocação	Participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, foi convocada.			19/09/2024 11:07:26
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73			19/09/2024 11:07:44

g



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce



Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, sem registro de lances.	19/09/2024 11:30:00
Desclassificação	O participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, R\$ 174.900,00 foi desclassificado. Motivo: Por descumprimento do item 5.2.1.1 do Edital.	19/09/2024 17:22:54
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.	23/09/2024 16:46:34
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00	23/09/2024 16:46:48
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, sem registro de lances.	23/09/2024 17:02:17
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 188.250,00 foi desclassificado. Motivo: Por não atender a convocação para anexar documentos que comprovem a compatibilidade do produto da marca STERMAX ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca/modelo e demais documentos que comprovem a compatibilidade do bem ofertado com as especificações do mesmo, contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.	24/09/2024 15:11:54
Convocação	Participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, foi convocada.	24/09/2024 15:13:01
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30	24/09/2024 15:20:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, sem registro de lances.	24/09/2024 15:33:42
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)	24/09/2024 16:15:29
Habilitado	Habilitada a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30	24/09/2024 16:15:57
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, no valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)	24/09/2024 16:26:42

item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/CÓOP	QTD	V.UNID(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 15:19:21
	Marca: b'INCOTERN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 16:12:52
	Marca: b'LT200' Fabricante: BIOLAND Modelo / Versão: BIOLAND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 14:05:30



	Marca: b'FOX' Fabricante: FOX Modelo / Versão: LANTERNA CLÍNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 16:27:06
	Marca: b'MD' Fabricante: MD Modelo / Versão: RADIANTLITE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 19:24:52
	Marca: b'MULTILASER' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.						
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA	NÃO	SIM	4.0	54,00	216,00	21/08/2024 08:21:11
	Marca: b'INCOTERM' Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANTERNA CLÍNICA: tipo LED.						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			22/08/2024 09:01:33
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	51,3000	22/08/2024 09:02:13
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	50,0000	22/08/2024 09:02:20
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	53,0000	22/08/2024 09:05:44
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	49,0000	22/08/2024 09:06:04
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	48,0000	22/08/2024 09:07:03
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	49,9900	22/08/2024 09:09:33
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	40,0000	22/08/2024 09:10:26
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	32.644.237/0001-00	-40,0000	22/08/2024 09:10:46
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	40,0000	22/08/2024 09:12:24
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	39,0000	22/08/2024 09:12:33
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	32.644.237/0001-00	-40,0000	22/08/2024 09:12:46
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	38,0000	22/08/2024 09:12:58
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	35,0000	22/08/2024 09:13:08
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	24.864.422/0001-73	-39,0000	22/08/2024 09:13:08

98



Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	16.442.794/0001-83	-38,0000	22/08/2024 09:13:26
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	24.864.422/0001-73	-35,0000	22/08/2024 09:13:26
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	30,0000	22/08/2024 09:13:32
Lance excluído	Lance excluído pelo(a) Pregoeiro(a)	32.644.237/0001-00	-30,0000	22/08/2024 09:13:49
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	47,0000	22/08/2024 09:14:14
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	46,0000	22/08/2024 09:14:24
Encerramento	Item encerrado			22/08/2024 09:16:24
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/08/2024 09:17:13
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73			22/08/2024 11:04:42
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, sem registro de lances.			22/08/2024 11:14:51
Desclassificação	O participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, R\$ 46,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.			22/08/2024 14:02:49
Convocação	Participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, foi convocada.			22/08/2024 14:02:58
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83			22/08/2024 14:21:15
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, sem registro de lances.			22/08/2024 15:15:14
Desclassificação	O participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, R\$ 47,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.			23/08/2024 08:33:13
Convocação	Participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, foi convocada.			23/08/2024 08:35:13
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50			23/08/2024 08:38:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, sem registro de lances.			23/08/2024 08:48:16
Desclassificação	O participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, R\$ 49,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.			23/08/2024 10:57:15
Convocação	Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, foi convocada.			23/08/2024 10:57:39
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82			23/08/2024 10:58:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, sem registro de lances.			23/08/2024 11:23:26
Desclassificação	O participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, R\$ 51,30 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.			26/08/2024 08:53:30
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.			26/08/2024 08:53:45



Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	26/08/2024 08:55:46
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.	26/08/2024 09:07:31
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais)	26/08/2024 09:25:36
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	26/08/2024 10:03:36
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 53,00 (cinquenta e três reais)	26/08/2024 11:34:25

item 3 - BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 15:19:21
	Marca: b'ECOBIN' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 14:05:30
	Marca: b'HOSPITAMETAL' Fabricante: HOSPITAMETAL Modelo / Versão: BALDE A PEDAL: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 19:24:52
	Marca: b'ECOBIM' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 16:12:52
	Marca: b'30L' Fabricante: OLIST SP Modelo / Versão: OLIST SP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 16:27:06
	Marca: b'BRINOX' Fabricante: BRINOX Modelo / Versão: BALDE PEDAL INOX 30L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	NÃO	SIM	1.0	373,00	373,00	21/08/2024 08:21:11

8



	HOSPITALARES SUPERMED LTDA						
	Marca: b'ECOBIN' Fabricante: ECOBIN Modelo / Versão: ECOBIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L.						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			22/08/2024 09:01:33
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	354,3500	22/08/2024 09:02:23
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	372,0000	22/08/2024 09:02:34
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	352,0000	22/08/2024 09:02:43
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	362,3900	22/08/2024 09:05:54
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	351,0000	22/08/2024 09:06:22
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	340,0000	22/08/2024 09:07:08
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	349,9000	22/08/2024 09:09:51
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	320,0000	22/08/2024 09:10:33
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	333,4500	22/08/2024 09:10:55
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	319,0000	22/08/2024 09:11:33
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	300,0000	22/08/2024 09:12:10
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	299,0000	22/08/2024 09:12:28
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	318,0000	22/08/2024 09:13:14
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	280,0000	22/08/2024 09:13:22
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	289,0000	22/08/2024 09:14:06
Lance registrado	Lance registrado	24.864.422/0001-73	279,0000	22/08/2024 09:14:19
Encerramento	Item encerrado			22/08/2024 09:16:19
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/08/2024 09:16:30
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73			22/08/2024 11:04:42
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, sem registro de lances.			22/08/2024 11:14:51
Desclassificação	O participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL inscrito no CNPJ/MF N° 24.864.422/0001-73, R\$ 279,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.2.1.4 do Edital.			22/08/2024 14:02:49
Convocação	Participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, foi convocada.			22/08/2024 14:02:58
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00			22/08/2024 14:21:07

g



Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, sem registro de lances.	
Desclassificação	O participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 32.644.237/0001-00, R\$ 280,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.	23/08/2024 08:33:34
Convocação	Participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, foi convocada.	23/08/2024 08:35:21
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83	23/08/2024 08:39:09
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, sem registro de lances.	23/08/2024 08:48:24
Desclassificação	O participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 16.442.794/0001-83, R\$ 318,00 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.	23/08/2024 10:57:27
Convocação	Participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, foi convocada.	23/08/2024 10:57:52
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50	23/08/2024 10:58:44
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, sem registro de lances.	23/08/2024 11:23:34
Desclassificação	O participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 43.934.068/0001-50, R\$ 333,45 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.	26/08/2024 08:53:30
Convocação	Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, foi convocada.	26/08/2024 08:53:45
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82	26/08/2024 08:55:55
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, sem registro de lances.	26/08/2024 09:07:39
Desclassificação	O participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 40.061.199/0001-82, R\$ 354,35 foi desclassificada. Motivo: Por não anexar na plataforma a Proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação no prazo de 02 (duas) horas, conforme item 5.21.4 do Edital.	26/08/2024 11:15:10
Convocação	Participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, foi convocada.	26/08/2024 11:15:17
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	26/08/2024 11:15:29
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, sem registro de lances.	26/08/2024 11:25:34
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 362,39 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)	26/08/2024 11:33:51
Habilitado	Habilitada a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71	26/08/2024 11:34:11
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 09.485.574/0001-71, no valor de R\$ 362,39 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)	26/08/2024 11:34:25



item 4 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa | barreira sanitária | dispositivo de segurança | cesto interno | capacidade; aço inox ou aço | aço inoxidável | de 31 a 50 kg.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNID(R\$)	V.TOTAL(R\$)	DATA/HORA
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1.0	79.186,10	79.186,10	21/08/2024 16:21:57
	Marca: b'SUPERALIVE' Fabricante: SUPERALIVE Modelo / Versão: MEC/LVH 31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 19:24:52
	Marca: b'GUARA' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	119.412,00	119.412,00	21/08/2024 17:11:55
	Marca: b'superlife' Fabricante: superlife Modelo / Versão: superlife Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg. Especificação LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
44.405.070/0001-03	DZ COMERCIO LTDA	SIM	SIM	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 16:34:21
	Marca: b'GUARA' Fabricante: GUARA EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: LHH-31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 16:27:06
	Marca: b'SUPERALIFE' Fabricante: SUPERALIFE Modelo / Versão: MEC / LVH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inox ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	NÃO	NÃO	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 15:19:21
	Marca: b'NOVAMEC' Fabricante: -- Modelo / Versão: --						

g



	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
16.442.794/0001-83	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	SIM	SIM	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 14:05:30
	Marca: b'DIXING' Fabricante: DIXING Modelo / Versão: LAVADORA DE ROUPAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1.0	79.600,00	79.600,00	21/08/2024 10:18:20
	Marca: b'GUAR\cx3x81' Fabricante: GUARÁ Modelo / Versão: LH 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA	NÃO	SIM	1.0	79.608,00	79.608,00	21/08/2024 08:21:11
	Marca: b'GUAR\cx3x81 EQUIPAMENTOS" Fabricante: GUARÁ EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: GUARÁ EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.						

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			22/08/2024 09:16:43
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	79.000,0000	22/08/2024 09:16:57
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	78.950,0000	22/08/2024 09:17:40
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-82	62.000,0000	22/08/2024 09:18:04
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	61.000,0000	22/08/2024 09:18:33
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	60.000,0000	22/08/2024 09:19:45
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	59.000,0000	22/08/2024 09:20:42
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	79.607,0000	22/08/2024 09:20:45
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	78.800,0000	22/08/2024 09:21:41
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	58.890,0000	22/08/2024 09:22:12
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	58.000,0000	22/08/2024 09:22:38
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	57.990,0000	22/08/2024 09:22:52
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	57.000,0000	22/08/2024 09:23:21
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	56.800,0000	22/08/2024 09:24:03
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	56.000,0000	22/08/2024 09:24:31

9



Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	55.850,0000	22/08/2024 09:28:44
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-71	55.000,0000	22/08/2024 09:25:25
Encerramento	Item encerrado			22/08/2024 09:27:25
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/08/2024 09:27:31
Início	Iniciado prazo para que o participante exercesse seu direito de preferência.			22/08/2024 09:27:31
Classificado	A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de preferência em caso de empate (art. 44), considerando-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC nº 123/06). Dando atendimento à legislação supramencionada, constatamos que o participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30, atende ao ditames da lei, sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência.			22/08/2024 09:27:31
Lance registrado	Encerramento do prazo para que a proponente LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 54.920,00, (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais)			22/08/2024 09:29:27
Encerramento	Encerramento do prazo para que o participante --, exercesse seu direito de preferência, tendo a mesma ofertado uma nova proposta no certame no valor de R\$ 0,00, ()			22/08/2024 09:29:29
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30			22/08/2024 11:05:59
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30, sem registro de lances.			22/08/2024 11:14:40
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30, no valor de R\$ 54.920,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais)			22/08/2024 11:59:22
Habilitado	Habilitada a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30			23/08/2024 08:34:53
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30, no valor de R\$ 54.920,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais)			23/08/2024 11:40:15

item 5 - APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca



e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.

Proposta: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V.UNIT(OR\$)	V.TOTAL(OR\$)	DATA/HORA
71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	1.0	358.565.00	358.565.00	21/08/2024 15:36:10
<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: ALTUS DR NS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL ALTUSDR NS 14x17</p> <p>O equipamento de raios X digital integrado AltusDR é um equipamento para aplicação em radiodiagnóstico. Seu gerador de alta frequência de 64 kW, 150 kV e com faixa de mA de até 800 permite realizar exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e exames de extremidades, constituindo-se em um equipamento de grande versatilidade e robustez, com mesa fixa de tempo flutuante que suporta até 220 kg.</p> <p>O conjunto Radiológico AltusDR possui 900 opções de programação de órgãos e controle automático de exposição radiográfica (AEC) com 3 campos. No painel de controle é possível verificar indicações de falhas, kV, mA, mAs e tempo, além de indicação luminosa e sonora para outros parâmetros. O equipamento também apresenta proteção térmica do tubo de raios X contra sobrecarga de aquecimento, proteção contra falha de filamento e rotação do ânodo.</p> <p>Para estimar a dose de radiação entregue ao paciente, o equipamento é equipado com um dispositivo de medição do produto área-dose chamado de DAP (Dose Area Product). O equipamento está em conformidade com a IEC 60601-2-54 – com indicação do produto área-dose em µGy.m2.</p> <p>Seu detector com tecnologia de cintilador de Iodeto de Césio garante alta qualidade de imagem e confiabilidade clínica permitindo uma alta sensibilidade e consequente redução de dose de radiação recebida pelo paciente. O AeroDR NS conta com memória interna de até 200 imagens, permitindo sua utilização emergencial beira leito, sem a estação de aquisição portátil.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Gerador 64kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microprocessado de alta frequência - Faixa de KV: 40 a 150 kV com intervalo de 1 em 1 kV - Tensões de alimentação: trifásico - 380 Volts (Em caso de necessidade de adequação da tensão para 220V poderá ser fornecido juntamente com o equipamento autotransformador de tensão) - Potência máxima: 64 kW - Faixa de mAs: 0,1 a 800 mAs - Faixa de mA: 10 a 800 mA - Tempo de exposição: 0,001 até 5s <p>Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensões do tampo: 90 x 218 cm (L x C) - Deslocamento longitudinal: ± 72 cm (total de 144 cm) - Deslocamento transversal: ± 12 cm (total de 24 cm) - Altura do tampo: 83 cm - Capacidade de trabalho: 220 kg - Deslocamento longitudinal do bucky: 58 cm - Freio do movimento do tampo: eletromagnético (pedal) - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm - Foco: 100 a 180 cm - Grade: fixa antidifusora 10:1 – 103 linhas/polegada (equivalente a 40lp/cm) <p>Bucky Mural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deslocamento vertical: 138 cm (36 a 174 cm) - Freio do movimento do bucky: mecânico - Cruz de localização/ centralização impressa no tampo - Tamanho máximo do chassi: 43 x 43 cm 							

8



- Foco: 100 a 180 cm
- Grade: fixa antifusora 10:1 – 103 linhas/polegada (equivalente a 40lp/cm)
- Estativa Porta Tubo
 - Deslocamento longitudinal: \pm 185 cm (total de 370 cm)
 - Deslocamento vertical do braço porta tubo: 152 cm
 - Freio dos deslocamentos: eletromagnético
 - Tipo chão-chão
 - Rotação do tubo sobre eixo horizontal de \pm 90 graus com travas em 0 graus, \pm 90 graus
- Tubo de Raios X
 - Tensão máxima: 150 kV
 - Focos: 0,6 mm (fino) e 1,2 mm (grosso)
 - Potência referência do ânodo: 27 kW (foco fino) / 75 kW (foco grosso)
 - Capacidade térmica do ânodo: 300 kHU (210 kJ)
 - Rotação do ânodo: 9.700 rpm a 180Hz
- Colimador
 - Manual e ajustável, indicando a região a ser irradiada
 - Lâmpada com temporizador eletrônico de 30s para desligamento automático
 - Proteção para 150kV
 - Angulação para direita/esquerda
 - Capacidade de inserção de filtros adicionais de CU ou AL
- Detector DR
 - Detector wireless com cintilador de Iodeto de Césio (CsI)
 - Modelo: AeroDR NS 14x17"
 - Área útil: 14x17" (35x43 cm)
 - Matriz ativa: 2304 x 2800 pixels (6,4 milhões de pixels)
 - Tamanho do pixel: 150 μ m
 - Conversão A/D: 16 bits (65.536 tons de cinza)
 - Carga máxima tolerada distribuída sobre a superfície do detector de 150 kg e 100kg sobre uma área de 40 mm
 - Bateria de íons de lítio como fonte de energia com capacidade mínima de 5,9 horas de exames ou 212 imagens
 - Tempo de recarga: 3 horas
 - Peso do detector: 3,6 kg com bateria
 - Memória interna para até 200 imagens
- Estação de aquisição ImagePilot

Plataforma completamente integrada que combina registro do paciente, aquisição digital de imagens, fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição interna das imagens tudo em um único sistema. Além disso, conta com a exclusiva funcionalidade inteligente de processamento da Konica Minolta, o "AutoPilot" que permite a aquisição das imagens sem necessidade de especificar o tipo de exame que será realizado, corrigindo assim possíveis erros de técnica e eliminando a necessidade de repetições.

- CPU - Core i5 – 8 GB de RAM - 512 GB de SSD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse
- Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens
- Monitor de 23 polegadas touchscreen (2MP)
- Conectividade DICOM 3.0
- DICOM Print
- DICOM Storage
- DICOM MWM para conexão RIS e HIS
- Conversão da imagem para formato JPEG
- Drive CD/DVD para gravação de mídia externa
- Processamento manual ou automático das imagens
- Eliminação das linhas de grade
- Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres
- Medidas de distância e ângulo
- Magnificação (zoom) da imagem
- Visualização em tela cheia
- Rotação, movimentação e inversão da imagem
- Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho
- Escurecimento automático da imagem (máscara)
- Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário
- Impressão de até 25 imagens por película
- Acesso ao sistema através de login e senha

CONFIGURAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Qtd.
8774	Equipamento de RX digital AltusDR NS	
o	Mesa bucky	
o	Mural bucky	
o	Estativa porta tubo	
o	Gerador AltusDR	
o	Par de cabos de alta tensão	
o	Tubo de RX 150 kV	
o	Controle Automático de Exposição (AEC)	
o	Dispositivo de medição do produto área-dose (DAP)	
o	AeroDR DR NS 14 x 17	
o	Battery Charger	
o	Estação de comando ImagePilot (CPU DELL, teclado e mouse)	
o	Monitor de 23 polegadas (sensível ao toque)	



	o 01 Ano de garantia Fabricante/Marca Própria Procedência Brasil I Itens complementares Código Descrição Qtd. 2722 Nobreak compatível com o sistema console e monitor saída (1 kVA) Lâmina de AL 100x100mm para filtração no colimador I							
32.644.237/0001-00	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	1.0	358.000,00	358.000,00	21/08/2024 19:24:52	
	<p>Marca: b'CDK' Fabricante: -- Modelo / Versão: --</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 KHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>							
05.696.303/0001-04	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	NÃO	SIM	1.0	537.847,50	537.847,50	21/08/2024 17:11:55	
	<p>Marca: b'cdk' Fabricante: cdk Modelo / Versão: cdk</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5 - APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 KHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p> <p>Especificação APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 KHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios</p>							



	<p>eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações dos raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>						
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SIM	SIM	1.0	358.565,00	358.565,00	21/08/2024 16:27:06
	<p>Marca: b'LOTUS' Fabricante: LOTUS Modelo / Versão: RX 500 MA SISTEMA DR TECH 35X43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1.0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações dos raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>						
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	1.0	385.000,00	385.000,00	21/08/2024 16:27:29
	<p>Marca: b'MINDRAY' Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: DIGIEYE 330 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 – Gerador de 50 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerador de raios X de alta frequência com potência de 50 kW. • Corrente ajustável de 10 mA a 630mA. • Intervalo de mAs de 0.1 a 630 mAs. • Intervalo de tempos de exposição de 1ms (0,001s) a 8s. • Intervalo de kV de 40-150kV, com incrementos de 1kV. • Alimentação com possibilidades de 380/400/415/440V +10% (Trifásico) • Combinações de potência de 200 mA/150 kV; 250 mA/120 kV; 400 mA/128 kV; 500 mA/60 kV • Resfriamento natural por temperatura ambiente sem necessidade de outros meios de arrefecimento. - Tubo de Raios X (gerador de 50 kW) • Ânodo giratório • Rotação do anodo de 2700 RPM (50 Hz) ou 3200 RPM (60 Hz) • Capacidade de armazenamento térmico do anodo de 163 kJ/230 kHU • Taxa de dissipação máxima de calor no anodo 750W (1056 HU/s) • Foco fino de 0.6 mm e grosso de 1.2 mm • Potência nos focos de 22 kW(fino) e 54 kW(grosso) • Correntes nos focos de 300 mA (fino) e 700 mA (grosso) • Taxa de dissipação máxima de calor na carcaça de 196W (272 HU/s) • • Capacidade de armazenamento térmico do tubo de 975 kJ (1354 kHU) • Resfriamento natural, sem necessidade de líquidos ou meios artificiais • Filtro da carcaça de ao menos 0.9 mmAl. <p>COLIMADOR:</p>						

g



- Colimador (Modelo CX-06) - Manual
- Rotação do colimador de -45° a +45°
 - Filtração inerente menor ou igual a 1.5 mmAl
 - Filtração adicional de 0, 1.5, 2.0, 3.5 mmAl
 - Iluminação LED, com intensidade mínima de 150 LUX
 - Auto desligamento da luz de colimador em 30s
 - SID de 43x43 cm a 1 m.

ESTRUTURA:

- Movimentação síncrona automática entre colimador (tubo)
- Mural de (Comprimento/Largura/Altura): 570x525x2080mm, variação de +20mm
- Movimentação do mural de 350mm a 1800mm
- Carregamento dos detectores enquanto acoplados ao mural
- Mesa de paciente com dimensões (Comprimento/Largura/Altura): 2145x800x650mm, variação de +20 mm
- Carga Máxima de 275 Kg.
- Movimentação do tampo de 910mm longitudinal e 260mm lateral.
- Movimentação longitudinal do detector 580mm, com variação de +25mm
- Rotação vertical do tubo -180° a +180°.
- Rotação horizontal do tubo -180° a +180°.
- Movimentação de 350mm a 1860mm
- Extensão do trilho fixo de 1345mm ou 1850mm
- Grade difusora de baixa densidade de 40lp/cm, relação de 8:1, focos de 1, 1.3 e 1.8 metros, tamanho 470x450mm +5%
- Grade difusora de alta densidade de 100lp/cm, relação 8:1, focos de 1, 1.3 e 1.8 metros, tamanho 470x450mm +5%.

5.1 – Detector EPX3543R

- Detector de silício amorfo (a-Si) com cintilador de iodeto de Césio (CsI)
- MTF de 0.55 a 1 lp/mm e 0.3 a 2 lp/mm
- DQE 56% a 0lp/mm
- Resolução espacial de 3.6 lp/mm
- Tamanhos de 35 cm x 43 cm (14" x17")
- Espessura de 15.5 mm
- Tamanho de pixel de 140 µm
- Matriz de 2560x3072 pixels
- Aquisição, profundidade de imagem e conversão analógica/digital de 16 bits
- Tempo de formação de imagem de 4.9s (sem fio) ou 2.7s (com fio)
- Tempo de pré-visualização de imagem de 4s (sem fio) ou 2s (com fio)
- Peso de 3.3kg inclusa a bateria.
- Capacidade de carga pontual de 100 kg e de carga distribuída de 200 kg.
- Sistema de carregamento quando inserido no Bucky.
- Sistema de autodesligamento se inativo por mais de 10 minutos.
- Capacidade da bateria de 3800mAh
- Tempo de carga total da bateria do detector de 3 horas.
- Capacidade de trabalho contínuo sem necessidade de carga de 4 horas ou 850 exposições.
- Nível de proteção contra água IP54.
- Possibilidade de compartilhamento de detectores entre equipamentos fixos e móveis

WORKSTATION/ESTAÇÃO DE TRABALHO:

- Processador de imagens digitais e estação de trabalho
- Sistema Operacional Windows 10.
- CPU Intel Core 2 3.0 GHz
- 8 Gb RAM, Disco Rígido de 1 Tb
- Capacidade de armazenamento de 120.000 imagens
- CD/DVD RW
- Rede 10M/100M/1000M
- Monitor de 23.8", com resolução de 1920x1080
- Software para armazenar estudos, incluindo visor DICOM de imagens com as modalidades mínimas: DICOM Verification, DICOM Send, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Print Management, DICOM Worklist, DICOM Query/Retrieve, DICOM MPPS (Modality Perform Procedure Step)
- Controles e indicadores de parâmetros de exposição com visualização em tela indicando doses e índice de exposição (DAP)
- Capacidade de mostrar ao menos 1000 programas anatômicos (APR)
- Capacidade de acesso remoto para diagnóstico de erros.

Funções de software

- Registro de paciente, modo de registro emergencial, registro através de código de barras
- Associação de pacientes emergenciais a registros
- Edição de dados de paciente
- Registros múltiplos e pesquisa por data do mesmo paciente
- Lembrete de backup de dados automático
- Dados apagados permanecem na lixeira por até 30 dias
- Modos de backup de USB, CD ou discos externos
- Sistema de reporte de texto integrado
- Parâmetros de exposição e dose registrados a cada exame
- Pós processamento de imagem, preview e armazenamento
- Suporte a vários tipos de impressora
- Acesso remoto para upgrades, falhas ou verificação

g



	<ul style="list-style-type: none"> Funções de software avançadas <p>Funções de software Avançadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Protocolos para pacientes pediátricos (0 a 6 anos) Funções de W/L, Clipping, Zoom, Texto, varredura de imagem, Lupa, Rotação em passos de 1º, Medidas em mm. <p>Espelhamento, Display de várias imagens</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de supressão de ruído automático Equalização de tecidos Estabilização de curva gamma Sistema de streaming em tempo real de imagens e som, para treinamentos, cursos e aula. 							
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1.0	356.664,00	356.664,00	21/08/2024 16:21:57	
	<p>Marca: b'TECNO DESIGN' Fabricante: TECNO DESIGN Modelo / Versão: TD500HF-C</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1.0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 70 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>							
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	1.0	358.565,00	358.565,00	21/08/2024 16:04:17	
	<p>Marca: b'IMEX' Fabricante: IMEX Modelo / Versão: Innovision</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1.0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>							
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NÃO	NÃO	1.0	358.500,00	358.500,00	21/08/2024 12:20:39	

9



	<p>Marca: b'PR\xc3\x93PRIA' Fabricante: LOTUS Modelo / Versão: HF630M DR DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto radiológico Digital, modelo HF630M DIGITAL, fabricante/marca Propria, capacidade de 150KV/50KW/630mA, composto de : mesa bucky, estativa porta tubo, estativa bucky mural, gerador de alta frequência e comando e demais acessórios para instalação. Tensão de alimentação 220/380VAC TRIFÁSICO AC / 60Hz, multipulso alata frequência;</p> <p>Tubo de raios x com anodo giratório, Foco 0.6 / 1.2 mm. Sistema de aquisição de imagem digital tipo DR Flat panel sem fio (WIFI), com estação de trabalho, monitor e demais acessórios inclusos;</p> <p>Demais características e componentes conforme edital. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA nº 80123860005.</p> <p>Validade da proposta de 90 dias.</p>						
<p>09.485.574/0001-71</p>	<p>PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA</p>	<p>NÃO</p>	<p>NÃO</p>	<p>1.0</p>	<p>358.565.00</p>	<p>358.565.00</p>	<p>21/08/2024 15:19:21</p>
	<p>Marca: b'LOTUS' Fabricante: -- Modelo / Versão: -- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1.0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kWh. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>						
<p>16.442.794/0001-83</p>	<p>CONCEITO MULTISERVICE LTDA</p>	<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>1.0</p>	<p>358.565,00</p>	<p>358.565,00</p>	<p>21/08/2024 14:05:30</p>
	<p>Marca: b'GNATUS' Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: APARELHO DE RAIOS X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1.0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kWh. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>						

8



02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	NÃO	NÃO	1.0	358.500,00	358.500,00	20/08/2024 16:27:16
<p>Marca: b'PROPRIA' Fabricante: VMI TECNOLOGIAS LTDA Modelo / Versão: APOLO D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DE RAIOS X DIGITAL - APOLO D - REGISTRO ANVISA: 81583780001</p> <p>CÓDIGO FINAME: 3538246 – MARCA PROPRIA – PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>O conjunto radiológico APOLO D, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos de raios X.</p> <p>Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do APOLO D um dos mais completos e modernos equipamentos para raios X em produção no mundo.</p> <p>Desempenho: A ênfase no desempenho sugere que o APOLO D oferece resultados rápidos e precisos, atendendo às demandas de qualidade e eficiência em imagens radiológicas.</p> <p>Alta Resolução de Imagem: A capacidade de fornecer alta resolução de imagem é crucial para a visualização nítida de detalhes anatômicos, o que é fundamental em diagnósticos médicos.</p> <p>Potência: A referência à potência pode indicar a capacidade do sistema de gerar feixes de raios X suficientemente fortes para penetrar através dos tecidos e criar imagens claras.</p> <p>Segurança: A segurança é fundamental em sistemas de raios X para proteger pacientes e operadores contra exposição excessiva à radiação. Isso pode envolver tecnologias de dose mínima e recursos de segurança integrados.</p> <p>Interatividade: A interatividade sugere a presença de recursos que possibilitam a interação fácil e eficiente do operador com o sistema, proporcionando uma experiência de uso mais intuitiva.</p> <p>Produtividade: A busca pela produtividade destaca a eficiência operacional do APOLO D, indicando que o sistema é projetado para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a eficácia na produção de imagens.</p> <p>Design Moderno: O design moderno é uma característica estética e indica a incorporação de elementos ergonômicos para melhorar a usabilidade e a integração com ambientes de saúde contemporâneos.</p> <p>Recursos Tecnológicos de Eletrônica e Software: Os recursos tecnológicos de eletrônica e software que possui o APOLO D integram inovações recentes, tanto em hardware, firmware e, também, em software, para melhorar a qualidade e a eficiência das imagens.</p> <p>O APOLO D é um sistema abrangente e moderno que visa proporcionar alta qualidade de imagem, segurança, eficiência e facilidade de uso.</p> <p>COMANDO E GERADOR</p> <p>O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBTs, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple.</p> <p>Dispondo de tecnologia ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBTs e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos.</p> <p>DESCRIPTIVO COMPLETO ENCONTRA-SE NA PROPOSTA ANEXA. VAL DA PROPOSTA DE 60 DIAS. GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES. ENTREGA EM ATE 30 DIAS.</p>							
37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1.0	358.500,00	358.500,00	21/08/2024 10:18:20
<p>Marca: b'CDK' Fabricante: CDK Modelo / Versão: DIAFIX HF DR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kWh. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características: Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1. Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm</p>							



<p>aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antiodifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>							
43.934.068/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA	NÃO	SIM	1.0	358.565,00	358.565,00	21/08/2024 08:21:11
<p>Marca: b'KONICA MINOLTA' Fabricante: KONICA MINOLTA Modelo / Versão: KONICA MINOLTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/- 90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática. Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antiodifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antiodifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.</p>							

LANCES

(Lances com * na frente foram excluídos pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			22/08/2024 09:17:26
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-7	355.000,0000	22/08/2024 09:17:56
Lance registrado	Lance registrado	40.061.199/0001-8	310.000,0000	22/08/2024 09:18:11
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-2	354.990,0000	22/08/2024 09:18:11
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-2	309.000,0000	22/08/2024 09:18:27
Lance registrado	Lance registrado	09.485.574/0001-7	343.716,8400	22/08/2024 09:18:47
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-8	300.000,0000	22/08/2024 09:18:57
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-0	340.000,0000	22/08/2024 09:19:14
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-2	299.000,0000	22/08/2024 09:19:16
Lance registrado	Lance registrado	43.934.068/0001-50	338.755,0000	22/08/2024 09:19:20

A



Lance registrado	Lance registrado	08.675.394/0001-00	325.000,0000	22/08/2024 09:19:57
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	320.000,0000	22/08/2024 09:20:02
Lance registrado	Lance registrado	32.644.237/0001-00	302.000,0000	22/08/2024 09:20:10
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	298.000,0000	22/08/2024 09:20:13
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	319.900,0000	22/08/2024 09:20:33
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	297.000,0000	22/08/2024 09:20:33
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	318.000,0000	22/08/2024 09:21:07
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	295.000,0000	22/08/2024 09:21:10
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	294.000,0000	22/08/2024 09:21:20
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	290.000,0000	22/08/2024 09:21:38
Lance registrado	Lance registrado	05.696.303/0001-04	358.564,0000	22/08/2024 09:21:49
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	289.000,0000	22/08/2024 09:21:56
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	285.000,0000	22/08/2024 09:22:12
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	324.000,0000	22/08/2024 09:22:22
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	284.000,0000	22/08/2024 09:22:25
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	280.000,0000	22/08/2024 09:23:02
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	279.000,0000	22/08/2024 09:23:16
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	299.500,0000	22/08/2024 09:23:39
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	275.000,0000	22/08/2024 09:23:53
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	274.000,0000	22/08/2024 09:24:02
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	270.000,0000	22/08/2024 09:24:19
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	275.050,0000	22/08/2024 09:24:31
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	269.000,0000	22/08/2024 09:24:34
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	265.000,0000	22/08/2024 09:24:49
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	264.000,0000	22/08/2024 09:24:58
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	260.000,0000	22/08/2024 09:25:21
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	279.500,0000	22/08/2024 09:25:41
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	259.000,0000	22/08/2024 09:26:04
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	258.000,0000	22/08/2024 09:26:13
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	257.000,0000	22/08/2024 09:26:25
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	255.000,0000	22/08/2024 09:26:37
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	254.000,0000	22/08/2024 09:26:45
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	250.000,0000	22/08/2024 09:27:02
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	249.000,0000	22/08/2024 09:27:11

(Handwritten signature)



Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	245.000,0000	22/08/2024 09:27:30
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	244.000,0000	22/08/2024 09:27:39
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	258.500,0000	22/08/2024 09:27:55
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	243.000,0000	22/08/2024 09:28:04
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	242.000,0000	22/08/2024 09:28:15
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	240.000,0000	22/08/2024 09:28:37
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	239.000,0000	22/08/2024 09:28:46
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	235.000,0000	22/08/2024 09:29:27
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	257.500,0000	22/08/2024 09:29:32
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	234.000,0000	22/08/2024 09:29:43
Lance registrado	Lance registrado	16.442.794/0001-83	318.490,0000	22/08/2024 09:29:51
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	230.000,0000	22/08/2024 09:30:08
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	229.000,0000	22/08/2024 09:30:30
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	225.000,0000	22/08/2024 09:30:41
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	224.000,0000	22/08/2024 09:31:02
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	223.000,0000	22/08/2024 09:31:11
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	222.500,0000	22/08/2024 09:31:20
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	220.000,0000	22/08/2024 09:31:28
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	219.500,0000	22/08/2024 09:31:52
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	215.000,0000	22/08/2024 09:32:04
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	248.500,0000	22/08/2024 09:32:05
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	214.500,0000	22/08/2024 09:32:15
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	210.000,0000	22/08/2024 09:32:49
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	218.000,0000	22/08/2024 09:33:10
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	209.900,0000	22/08/2024 09:33:26
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	205.000,0000	22/08/2024 09:33:46
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	209.500,0000	22/08/2024 09:34:31
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	204.800,0000	22/08/2024 09:34:42
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	204.000,0000	22/08/2024 09:35:09
Lance registrado	Lance registrado	02.659.246/0001-03	205.100,0000	22/08/2024 09:35:55
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	201.000,0000	22/08/2024 09:36:58
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	200.000,0000	22/08/2024 09:37:26
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	199.900,0000	22/08/2024 09:37:39
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	199.000,0000	22/08/2024 09:38:54

8



Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	198.900,0000	22/08/2024 09:40:00
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	195.000,0000	22/08/2024 09:40:13
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	194.900,0000	22/08/2024 09:40:46
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	194.000,0000	22/08/2024 09:41:02
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	193.999,0000	22/08/2024 09:41:55
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	193.000,0000	22/08/2024 09:42:13
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	192.500,0000	22/08/2024 09:43:24
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	192.000,0000	22/08/2024 09:43:44
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	191.900,0000	22/08/2024 09:43:58
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	190.000,0000	22/08/2024 09:44:11
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	189.900,0000	22/08/2024 09:44:29
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	189.000,0000	22/08/2024 09:45:42
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	188.990,0000	22/08/2024 09:46:56
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	188.000,0000	22/08/2024 09:47:26
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	187.900,0000	22/08/2024 09:47:44
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	185.000,0000	22/08/2024 09:48:16
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	184.990,0000	22/08/2024 09:49:10
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	184.000,0000	22/08/2024 09:49:43
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	183.900,0000	22/08/2024 09:50:00
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	183.000,0000	22/08/2024 09:50:23
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	182.900,0000	22/08/2024 09:50:35
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	182.000,0000	22/08/2024 09:50:51
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	181.900,0000	22/08/2024 09:51:11
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	181.000,0000	22/08/2024 09:51:24
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	180.500,0000	22/08/2024 09:51:37
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	179.000,0000	22/08/2024 09:51:47
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	178.900,0000	22/08/2024 09:52:03
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	178.000,0000	22/08/2024 09:52:17
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	177.900,0000	22/08/2024 09:52:36
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	177.000,0000	22/08/2024 09:52:53
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	176.900,0000	22/08/2024 09:53:07
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	176.000,0000	22/08/2024 09:53:32
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	175.900,0000	22/08/2024 09:53:45
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	175.000,0000	22/08/2024 09:54:02

8



Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	174.999,0000	22/08/2024 09:54:18
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	174.000,0000	22/08/2024 09:54:55
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	173.999,0000	22/08/2024 09:55:55
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	173.500,0000	22/08/2024 09:56:14
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	173.400,0000	22/08/2024 09:56:33
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	173.000,0000	22/08/2024 09:57:02
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	172.900,0000	22/08/2024 09:57:16
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	172.500,0000	22/08/2024 09:57:28
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	172.150,0000	22/08/2024 09:57:39
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	172.000,0000	22/08/2024 09:57:53
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	171.999,0000	22/08/2024 09:58:06
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	171.500,0000	22/08/2024 09:58:24
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	171.000,0000	22/08/2024 09:58:48
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	170.500,0000	22/08/2024 09:59:14
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	170.000,0000	22/08/2024 09:59:30
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	169.000,0000	22/08/2024 09:59:42
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	168.500,0000	22/08/2024 09:59:58
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	168.000,0000	22/08/2024 10:00:10
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	167.900,0000	22/08/2024 10:00:27
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	167.000,0000	22/08/2024 10:00:44
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	166.999,0000	22/08/2024 10:00:56
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	166.500,0000	22/08/2024 10:01:04
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	166.490,0000	22/08/2024 10:01:32
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	166.000,0000	22/08/2024 10:01:41
Lance registrado	Lance registrado	02.799.882/0001-22	165.999,0000	22/08/2024 10:02:55
Lance registrado	Lance registrado	71.256.283/0001-85	165.500,0000	22/08/2024 10:03:04
Encerramento	Item encerrado			22/08/2024 10:05:04
Encerramento	Encerrada a fase de lances			22/08/2024 10:06:43
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85			22/08/2024 11:06:52
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85, sem registro de lances.			22/08/2024 11:16:27
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85, no valor de R\$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos reais)			22/08/2024 14:21:28



Habilitado	Habilitada a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85	23/08/2024 08:34:46
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85 , no valor de R\$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos reais)	23/08/2024 11:40:06

DO(S) LICITANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

Evento	Observação	Data/Hora
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85	23/08/2024 11:40:06
Contrarrazão apresentada	Apresentada contrarrazão pelo participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 71.256.283/0001-85 .	03/09/2024 18:55:59
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30	23/08/2024 11:40:15
Recurso manifestado	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 : Manifestamos recurso contra a empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS vencedora do item 01 - Autoclave Hospitalar pois ela ofertou equipamento com modelo que não confere com o registro da Anvisa, pois existe uma família de registros com todos os modelos da empresa fabricante o qual iremos apresentar peça recursal, caso contrario todos os direitos serão violados.	26/08/2024 13:54:20
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 , com início do prazo para apresentação de recurso em 26/08/2024 às 14:25 horas e prazo final em 29/08/2024 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 03/09/2024 às 23:59 horas. Motivo: O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.; Os recursos; deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.; O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três); dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.; Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.; O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.	26/08/2024 14:25:28
Recurso apresentado	Apresentado recurso interposto pelo participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 .	29/08/2024 09:05:05
Indeferimento do recurso	Recurso Indeferido para o participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 .	17/09/2024 16:57:58
Indeferimento da manifestação anulada	Anulação do indeferimento do(a) manifestante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	23/09/2024 16:38:11
Deferimento do recurso	Recurso Deferido para o participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI , inscrito no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 .	23/09/2024 16:40:17
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 09.485.574/0001-71	26/08/2024 11:34:25
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 40.061.199/0001-82	26/08/2024 13:41:41

g




Recurso manifestado	VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.659.246/0001-03; Boa tarde. Manifestamos intenção de recurso, visto que a empresa vencedora não atende integralmente aos Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, no que diz respeito a rotação do tubo do equipamento compatível com o exigido, entre outros motivos os quais discorreremos com maiores detalhes em nossa peça recursal.	26/08/2024 13:52:09
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.659.246/0001-03, com início do prazo para apresentação de recurso em 26/08/2024 às 14:24 horas e prazo final em 29/08/2024 às 23:59 horas. Prazo final para contrarrazão: 03/09/2024 às 23:59 horas. Motivo: O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. Os recursos;deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.;O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três);dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.;Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.;O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.	26/08/2024 14:24:32
Recurso apresentado	Apresentado recurso interposto pelo participante VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.659.246/0001-03.	29/08/2024 13:55:31
Indeferimento do recurso	Recurso Indeferido para o participante VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.659.246/0001-03.	03/10/2024 15:09:17
Recurso manifestado	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.799.882/0001-22; Manifestamos a intenção de recurso, pois a empresa arrematante do lote não atende as especificações técnicas solicitadas em edital. Maiores informações discorreremos na peça recursal. Obrigada	26/08/2024 13:52:42
Recurso acolhido	Manifestação de recurso acolhida para o participante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.799.882/0001-22, com início do prazo para apresentação de recurso em 03/10/2024 às 15:13 horas e prazo final em 03/10/2024 às 15:13 horas. Prazo final para contrarrazão: 03/10/2024 às 15:13 horas. Motivo: None	26/08/2024 14:25:00
Acolhimento da manifestação anulada	Anulação do acolhimento do(a) manifestante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17/09/2024 17:03:23
Recurso não acolhido	Manifestação de recurso não acolhida para o participante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrito no CNPJ/MF N° 02.799.882/0001-22. Motivo: Não fora anexados os memoriais recursais no prazo estabelecido	17/09/2024 17:04:15

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

	Data	Mensagem

g



Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:00:11	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando neste certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2024.08.05.08-PE/SESAU. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:00:27	BOM DIA SENHORES LICITANTES! COMUNICAMOS QUE A PARTIR DE AGORA ESTAREMOS INICIANDO A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.08.05.08-PE/SESAU. ANTES DE ABRIR OS ITENS/LOTES PARA LANCES. VAMOS APRESENTAR ALGUNS AVISOS IMPORTANTES PARA O BOM ANDAMENTO DA LICITAÇÃO.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:00:37	O ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS PRESSUÕE O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O LICITANTE SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS TRANSAÇÕES QUE FOREM EFETUADAS EM SEU NOME NO SISTEMA ELETRÔNICO, ASSUMINDO COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUA PROPOSTA DE PREÇOS E LANCES.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:00:51	LEMBRAMOS QUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS DEVERÃO ATENDER FIELMENTE A DESCRIÇÃO CONSTANTE DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Sistema	22/08/2024 09:01:33	O item 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 09:01:33	O item 3 - BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L. foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 09:01:33	O item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED. foi iniciada.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:02:06	SENHORES LICITANTES, SOLICITAMOS ENVIO DE NOVOS LANCES PARA OS LOTES.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:10:46	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 40,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:12:46	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 40,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:13:09	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 39,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:13:18	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 38,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:13:26	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 35,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:13:49	O(A) Pregoeiro(A) excluiu o lance no valor de R\$ 30,00 para o item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED..
Sistema	22/08/2024 09:16:32	O item 3 - BALDE A PEDAL: Aço inox com capacidade de 30L a 49L. foi finalizada.



Sistema	22/08/2024 09:16:43	O item 4 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade: aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg. foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 09:17:14	O item 2 - LANTERNA CLÍNICA: tipo LED. foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 09:17:26	O item 5 - APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kWh. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características: Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8: ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais. Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 09:21:27	O item 1 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS): Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com display touchscreen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L, com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possuir bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora. foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 09:27:31	Em atendimento à Lei Complementar nº 123/06, está sendo-lhe oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de preferência para o item 4 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg):Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade: aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg.

9



Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:28:52	LEMBRAMOS QUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS DEVERÃO ATENDER FIELMENTE A DESCRIÇÃO CONSTANTE DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Sistema	22/08/2024 09:29:29	O item 4 - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (capacidade até 50 Kg): Item de estrutura externa barreira sanitária dispositivo de segurança cesto interno capacidade; aço inóx ou aço aço inoxidável de 31 a 50 kg. foi finalizada.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 09:50:26	LEMBRAMOS QUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS DEVERÃO ATENDER FIELMENTE A DESCRIÇÃO CONSTANTE DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Sistema	22/08/2024 10:06:47	O item 5 - APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL: Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kV ou maior. Corrente variável entre 10 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igualou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características: Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8" ou 10"; Tempo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tempo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no Bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrometros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem, foi finalizada.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 10:08:53	SENHORES LICITANTES CONCLUIMOS A FASE DE LANCES, FAREMOS A VERIFICAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 10:09:12	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Sistema	22/08/2024 11:04:26	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 11:04:42	Fase de negociação do(s) com a participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 11:05:59	Fase de negociação do(s) com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 11:06:52	Fase de negociação do(s) com a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi iniciada.
Fornecedor	22/08/2024 11:07:04	Bom dia, temos interesse
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:09:51	Fica a empresa ora arrematante dos itens/otes a ofertarem o novo lance.

8



Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:10:38	Fica a empresa ora arrematante dos itens/lotos convocada a ofertar novo lance.
Fornecedor	22/08/2024 11:14:12	Bom dia sr. pregoeiro, esse é o nosso mínimo.
Sistema	22/08/2024 11:14:40	Fase de negociação do(s) com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 11:14:51	Fase de negociação do(s) com a participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 11:15:06	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 11:16:27	Fase de negociação do(s) com a participante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:22:38	Solicitamos à licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:25:05	Solicitamos à licitante C. E. CARVALHO - COMERCIAL que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:30:46	Solicitamos à licitante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:33:01	Solicitamos à licitante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 11:33:28	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 12:00:56	Senhores licitantes, retornaremos à partir das 14:00 horas para dar continuidade ao certame.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 14:01:01	Boa tarde!
Sistema	22/08/2024 14:21:07	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 14:21:15	Fase de negociação do(s) com a participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA foi iniciada.
Sistema	22/08/2024 15:15:14	Fase de negociação do(s) com a participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA foi finalizada.
Sistema	22/08/2024 15:15:19	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 15:17:04	Solicitamos à licitante CONCEITO MULTISERVICE LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 15:17:48	Solicitamos à licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	22/08/2024 17:09:44	Senhores licitantes, retornaremos amanhã (23/08/2024) à partir das 08:30 horas.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 08:32:01	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	23/08/2024 08:38:55	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA foi iniciada.
Sistema	23/08/2024 08:39:09	Fase de negociação do(s) com a participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA foi iniciada.


8



Sistema	23/08/2024 08:48:16	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA foi finalizada.
Sistema	23/08/2024 08:48:24	Fase de negociação do(s) com a participante CONCEITO MULTISERVICE LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 08:55:32	Solicitamos à licitante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 08:56:33	Solicitamos à licitante CONCEITO MULTISERVICE LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Sistema	23/08/2024 10:58:44	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA foi iniciada.
Sistema	23/08/2024 10:58:57	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	23/08/2024 11:23:26	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Sistema	23/08/2024 11:23:34	Fase de negociação do(s) com a participante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 11:30:05	Solicitamos à licitante PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 11:30:08	Solicitamos à licitante PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES SUPERMED LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 11:31:11	Solicitamos à licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 12:06:29	Retornaremos na próxima segunda-feira (26/08) a partir das 08:30 horas.
Pregoeiro(a)	23/08/2024 12:06:32	Boa tarde!
Pregoeiro(a)	26/08/2024 08:52:51	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	26/08/2024 08:55:46	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.
Sistema	26/08/2024 08:55:55	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi iniciada.
Sistema	26/08/2024 09:07:31	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.
Sistema	26/08/2024 09:07:39	Fase de negociação do(s) com a participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	26/08/2024 09:10:05	Solicitamos à licitante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	26/08/2024 09:10:18	
Pregoeiro(a)	26/08/2024 09:11:49	Solicitamos à licitante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Fornecedor	26/08/2024 10:06:41	Bom dia. A documentação foi anexada no campo "Complementares/Exequibilidades". Gentileza verificar. Obrigada.



Sistema	26/08/2024 11:15:29	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi iniciada.
Fornecedor	26/08/2024 11:17:20	Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso melhor preço no item 3.
Sistema	26/08/2024 11:25:34	Fase de negociação do(s) com a participante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	26/08/2024 11:26:35	Solicitamos à licitante PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Fornecedor	26/08/2024 13:52:09	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante VMI TECNOLOGIAS LTDA inscrita no CNPJ/MF Nº 02.659.246/0001-03 foi enviada a(o) pregoeiro(a).
Fornecedor	26/08/2024 13:52:42	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.799.882/0001-22 foi enviada a(o) pregoeiro(a).
Fornecedor	26/08/2024 13:54:20	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF Nº 28.767.561/0001-30 foi enviada a(o) pregoeiro(a).
Pregoeiro(a)	26/08/2024 17:11:16	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Pregoeiro(a)	26/08/2024 17:11:24	Boa tarde!
Pregoeiro(a)	30/08/2024 08:29:26	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	30/08/2024 08:31:04	Fica aberto o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes até as 23:59 horas do dia 03/09/2024.
Pregoeiro(a)	30/08/2024 08:54:20	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Pregoeiro(a)	04/09/2024 08:31:46	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	04/09/2024 08:34:27	Findo os prazos de apresentação de Recursos e Contrarrazões, iniciaremos as análises das peças apresentadas e encaminhamento à Autoridade Superior para a decisão dentro do prazo estabelecido no Edital.
Pregoeiro(a)	04/09/2024 08:34:37	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Pregoeiro(a)	06/09/2024 10:32:47	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	06/09/2024 10:58:26	Foi encaminhado para a Autoridade Superior da Secretaria de Políticas para a Saúde do município de Campos Sales as peças recursais e contrarrazões em consonância com o §2º do Art. 165 da lei 14.133/2021..
Pregoeiro(a)	06/09/2024 10:58:44	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Pregoeiro(a)	17/09/2024 17:55:26	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Fornecedor	18/09/2024 08:18:04	Bom dia necessitamos do parecer que foi indeferido o nosso recurso, para tomarmos as providencias cabíveis inclusive iremos impetrar recurso diretamente ao tribunal de contas do estado, obrigado.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 09:41:09	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	18/09/2024 09:43:29	Informamos que o Despacho da Autoridade Superior com as determinações para a continuação do certame, encontra-se anexado em campos próprio na plataforma.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 10:04:18	A empresa DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ Nº 40.061.199/0001-82, por determinação da Autoridade Superior, deverá anexar em campo próprio nesta plataforma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação, documentos que comprovem a compatibilidade do produto ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca e modelo ofertado



		e demais documentos que comprovem a compatibilidade do bem ofertado com as especificações do mesmo, contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
Fornecedor	18/09/2024 10:10:02	A empresa DIONAL sequer apresentou as razões recursais para sua defesa, por não existir matérias suficientes, por ofertar equipamento que não condiz com a sua proposta apresentada para o certame.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 10:19:21	Estamos seguindo o que reza a Lei 14.133/2021 no seu Art. 59, I.
Fornecedor	18/09/2024 10:26:23	Nós também iremos seguir a lei, iremos até a última instância.
Fornecedor	18/09/2024 14:13:05	Boa tarde. Sr. pregoeiro quanto ao nosso recurso? Não foi informado o parecer.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 17:15:53	Boa tarde! VMI TECNOLOGIAS, o mesmo foi despachado juntamente com as Contrarrazões para a Autoridade Superior (Secretaria de Saúde). Estamos aguardando a devolutiva para decisão do Recurso.
Pregoeiro(a)	18/09/2024 17:18:16	Todos os documentos juntados até a presente fase do certame estão disponíveis em https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas .
Fornecedor	19/09/2024 09:40:33	Ei bom dia. Muito obrigada pelo retorno. Fico ao aguardo.
Pregoeiro(a)	19/09/2024 11:07:21	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	19/09/2024 11:07:44	Fase de negociação do(s) com a participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL foi iniciada.
Sistema	19/09/2024 11:30:06	Fase de negociação do(s) com a participante C. E. CARVALHO - COMERCIAL foi finalizada.
Pregoeiro(a)	19/09/2024 11:31:35	Solicitamos à licitante C. E. CARVALHO - COMERCIAL que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	19/09/2024 17:24:33	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT.
Fornecedor	20/09/2024 15:26:33	Boa tarde, sr pregoeiro tem previsão de retorno ?
Fornecedor	23/09/2024 10:31:19	Bom dia sr pregoeiro, alguma data definida pro retorno do processo?
Pregoeiro(a)	23/09/2024 16:33:37	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	23/09/2024 16:46:48	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi iniciada.
Pregoeiro(a)	23/09/2024 16:47:23	Todos os documentos juntados até a presente fase do certame estão disponíveis em https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas .
Sistema	23/09/2024 17:02:17	Fase de negociação do(s) com a participante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA foi finalizada.
Pregoeiro(a)	23/09/2024 17:04:16	Retornaremos amanhã (24/09) dando prosseguimento aos procedimentos relativos ao item 01.
Pregoeiro(a)	24/09/2024 08:47:02	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	24/09/2024 08:51:47	Solicitamos à licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA que anexe na plataforma, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada para o item 01, conforme item 5.21.4 do Edital.
Pregoeiro(a)	24/09/2024 10:12:43	Será aberto novo prazo de 2 (duas) horas para envio de proposta readequada, com o objetivo de que a licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ Nº 43.570.564/0001-72, possa anexar, a partir do momento da convocação, documentos que comprovem a compatibilidade do produto da marca STERMAX ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca/modelo e demais documentos que comprovem a compatibilidade do bem ofertado com as especificações do mesmo, contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital, sob pena de desclassificação da proposta.



Fornecedor	24/09/2024 14:07:11	Boa tarde
Pregoeiro(a)	24/09/2024 15:12:14	Após inércia da licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, não atendendo a solicitação para anexar à plataforma documentos que comprovem a compatibilidade do produto da marca STERMAX ofertado para o item 01, tais como: dados e informações técnicas da marca/modelo e demais documentos relativos ao bem ofertado, consultamos a empresa STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 84.859.552/0001-40, através dos telefones (41)3668-2144 e (41)9.9845-0293, onde fomos informados pela Sra. Renata (SAC), que a referida empresa é fabricante de Autoclaves e que disponibiliza apenas modelos com capacidade de 12 a 75 litros. Sendo assim, o produto ofertado pela licitante COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, não atende às especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
Sistema	24/09/2024 15:20:46	Fase de negociação do(s) com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi iniciada.
Sistema	24/09/2024 15:33:42	Fase de negociação do(s) com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi finalizada.
Fornecedor	24/09/2024 15:37:28	Ok, será encaminhado. Obrigado
Pregoeiro(a)	24/09/2024 16:57:27	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.
Pregoeiro(a)	24/09/2024 16:59:17	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT
Fornecedor	25/09/2024 09:00:56	Bom dia sr. pregoeiro
Fornecedor	25/09/2024 13:45:04	Boa tarde
Fornecedor	26/09/2024 08:10:50	Bom dia
Fornecedor	26/09/2024 13:47:20	Boa tarde
Fornecedor	27/09/2024 08:31:55	Bom dia, sr. pregoeiros, já temos data pra continuação do processo?
Fornecedor	30/09/2024 14:08:41	Boa tarde. Sr. pregoeiro, algum retorno com relação ao julgamento do nosso recurso?
Pregoeiro(a)	01/10/2024 10:07:14	Bom dia, senhores licitantes!
Pregoeiro(a)	01/10/2024 10:10:31	Estamos aguardando a devolutiva da Autoridade Superior da Secretaria de Políticas para a Saúde quanto ao Termo Decisório do Recurso e Contrarrazões apresentados para o item 05.
Pregoeiro(a)	01/10/2024 10:10:43	SOLICITAMOS QUE CONTINUEM ATENTOS AS MENSAGENS E DEMAIS PROCEDIMENTOS VIA CHAT
Pregoeiro(a)	03/10/2024 15:07:09	Boa tarde, senhores licitantes!

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos 03 de outubro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.


LUIZ ERNESTO MACEDO MENDES
PREGOEIRO(A)